



Urząd Miejski w Namysłowie

Wydział Zamówień Publicznych

Namysłów, dnia 15.11.2017 r.

ZP.271.100.2017.AR

Odpowiedź na zapytanie

dot.: przetargu nieograniczonego na *dostawę sprzętu medycznego dla szpitala – Namysłowskiego Centrum Zdrowia*

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytanie o następującej treści, wyjaśnia co następuje:

Część 10 – Dostawa aparatu EKG

Odpowiedź dotyczy udzielonej odpowiedzi dnia 15.11.2017 r. na pytanie nr 38

38. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG wyposażony był w wysoką częstość próbkowania na poziomie 16 000 Hz? Wymagane aktualnie 1 000 Hz nie pozwoli na dokładne odwzorowanie i analizę sygnału EKG pacjenta, ponieważ wiele danych dotyczących zapisu EKG zostanie niewykrytych przez aparat EKG.

Odp.: Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ, jednak dopuszcza złożenie oferty z zaproponowanym w pytaniu rozwiązaniem**

AR/AKW

Adriana Rzeczowska
Stanowisko ds. zamówień publicznych